



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 3

Licitación Nº 5/2018 Contrato Marco de Suministro de Tabla Espinal Larga para Bomberos (540362-9-LQ18)

Nº	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	28-07-2018 20:21	P	¿La tabla espinal debe ser de color naranja, verde limón, amarilla, azul o negra?
R	La tabla debe ser de color naranja o verde limón.		
2	28-07-2018 20:22	P	¿Debe la tabla espinal mantenerse estable y flotar con a lo menos 110 kilos sobre esta?
R	No es requisito para este proceso de licitación.		
3	28-07-2018 20:24	P	¿Debe la tabla espinal ser compatible procedimientos de RX, CT Scan y MRI Scan?
R	Si, debe ser compatible con todos las tecnologías señaladas.		
4	28-07-2018 20:26	P	Para permitir un fácil y seguro traslado del paciente, ¿Debe la tabla espinal disponer de a lo menos 14 accesos para guantes de bomberos los que permitan el traslado del paciente, estos distribuidos equitativamente en toda la extensión de la tabla larga?
R	La tabla espinal debe contar con al menos con 18 pasamanos, asas o sujeciones para movilizarla.		
5	28-07-2018 20:28	P	¿La tabla espinal debe ser manufacturada en material HDPE (Polietileno de alta densidad) con espuma no tóxica para permitir mayor durabilidad, flotabilidad y resistencia?
R	Es materia de la oferta de cada participante.		
6	30-07-2018 10:43	P	¿El logo de la Junta Nacional debe ser instalado en la cara frontal de la tabla larga?
R	Si, la cara frontal a la altura del tercio más próximo a la zona del inmovilizador lateral.		
7	01-08-2018 13:04	P	En las bases técnicas se solicita en el punto 1.7 entregar una maqueta, pero dado que no es posible tener un pedazo de la tabla lograr mostrar la técnica de fijación, como lo puede ser en otras licitaciones que se puede enviar un pedazo de tela con el logo aplicado, en este caso no es posible. Solicitamos se dé otra alternativa de para cumplir con este punto o directamente se elimine este requisito, o se solicite dejar claramente establecido en las propuestas técnicas que son parte del contrato a posterior.
R	La maqueta puede ser en el mismo de la tabla espinal o puede ser presentada en otro material similar.		



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 2 de 3

8	01-08-2018 13:11	P	En las bases técnicas, en el punto 3.1 se solicita representar a un fabricante según lo definido en el punto 2.15, pero dichas bases solo tienen hasta el punto 2.1 ?
R	Efectivamente es un error de impresión, se refiere al último punto de DEFINICIONES GENERALES, en la definición para fabricante.		
9	01-08-2018 13:20	P	en la tabla de puntaje se darán 10 puntos al largo, pero no especifica cual es el que obtiene el mayor puntaje. Menor tamaño más puntaje o menor puntaje ?
R	La tabla espinal más larga obtiene mayor puntaje, como está detallado en la tabla de puntaje.		
10	01-08-2018 13:21	P	en la tabla de puntaje se darán 5 puntos al peso, pero no especifica cual es el que obtiene el mayor puntaje. Menor peso más puntaje o menor puntaje ?
R	La tabla espinal más liviana obtiene mayor puntaje, como está detallado en la tabla de puntaje.		
11	02-08-2018 15:03	P	En la tabla de puntuación en el punto se solicitan inclusiones reflectantes, por favor especificar donde ya que no es un estándar, o si es un error de tipeo.
R	Efectivamente se solicitan inclusiones, es materia de la oferta de cada participante		
12	02-08-2018 15:20	P	En razón de que los bancos en Chile no otorgan boletas de garantía por más de 24 meses, es posible que se modifique el punto Boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato, a boletas bi- anuales.
R	Se aceptarán boletas Bi- anuales, las que deberán ser renovadas antes de su vencimiento, deben ser por igual período de tiempo.		
13	02-08-2018 15:21	P	Es posible modificar y asignar un valor entero a la boleta de fiel cumplimiento de contrato.
R	No, se mantiene lo solicitado en cuanto al valor.		
14	03-08-2018 10:14	P	Estimados, las inclusiones reflectantes, son en las correas de fijación me imagino ? o es un error de tipeo? saludos.
R	Son inclusiones en la tabla espinal.		
15	03-08-2018 10:34	P	Se va a limitar el lugar de fabricación de los equipos al igual que en licitaciones de otra índole? Esto para evitar la oferta de equipos de baja calidad. Dejando solamente equipos fabricados en EEUU y Europa
R	No, se aceptan de todas las procedencias.		



FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 3 de 3

16	03-08-2018 12:04	P	En la tabla de puntaje donde habla de certificaciones, indican que si cumple, seguido al puntaje total (10 puntos), pero en el 5.5 de las bases técnicas, lo solicitan como obligatorio. Podrán cambiar la forma de entregar este puntaje a la procedencia del producto por ejemplo 0 si son fabricados en china, 10 si son fabricados en EEUU. o Europa
R	Es complemento del requisito señalado en el punto 5,5 con el puntaje.		
17	03-08-2018 12:05	P	Se podrá entregar el certificado exigido (Original), solo para el acto de apertura y después retirarlo y dejar copia de este en la Junta Nacional de Bomberos.
R	NO, se debe mantener en la carpeta de oferta técnica y no se restituirá		
18	03-08-2018 12:06	P	De que tamaño debe ser el logo?.
R	Refiérase al punto 3.5 de las bases técnicas		