



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017

LICITACIÓN N° 5/2018 CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE TABLA ESPINAL LARGA PARA BOMBEROS

1. ANTECEDENTES GENERALES:

1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a. Bases Administrativas y Bases Técnicas para Licitación N° 5/2018 Contrato Marco de Suministro de Tabla Espinal Larga para Bomberos
- b. Se incorpora a esta revisión el foro de preguntas y respuestas para esta licitación, con las respuestas y aclaraciones emanadas por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”.

1.2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión técnica de material menor estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Voluntario Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Claudio Valladares Herrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Marcelo Quijada Pino, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.

También participó de la comisión técnica el señor Alberto Sepúlveda Neira, encargado técnico de material menor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como secretario de esta comisión técnica, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 20 octubre de 2018 a las 10:00 horas en la sede institucional, para tomar conocimiento del informe de revisión administrativa de antecedentes presentados en la licitación, revisar los parámetros de evaluación y prueba del bien ofertado, además de verificar el ajuste a las bases técnicas de las ofertas técnicas presentadas y aceptadas para esta etapa, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LICITACION 05/2018.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma

- a. Se toma conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de la para Licitación **N° 5/2018** Contrato Marco de Suministro de Tabla Espinal Larga para Bomberos de fecha 6 de septiembre, donde se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: **PESCO S.A. y ESTEBAN TEJO CAVALIERI E.I.R.L.**
- b. Se toma conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación **N° 05/2018** de fecha 27 de septiembre, en el que se informa que las empresas **PESCO S.A. y ESTEBAN TEJO CAVALIERI E.I.R.L.** cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter a proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
- c. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

3. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

PESCO S.A.

Se presenta con el siguiente producto:

Tabla espinal larga:

- Marca MERDSOURSE
- Modelo MS-93000
- Correas de ajuste de distintos colores

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado solicitar aclaración, siendo esta respondida satisfactoriamente, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017

ESTEBAN TEJO CAVALIERI E.I.R.L.

Se presenta con el siguiente producto:

Tabla espinal larga:

- Marca FAST CARE
- Modelo FEI 306
- Correas de ajuste de distintos colores

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado solicitar aclaración, siendo esta respondida satisfactoriamente, por lo tanto, es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.


4. REVISIÓN FINAL


Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de material menor, certifica que todo está de acuerdo a lo definido en las bases técnicas y administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO	
PESCO S.A. MERDSOURSE Modelo MS-93000	49,95 PUNTOS
ESTEBAN TEJO CAVALIERI E.I.R.L. Marca FAST CARE Modelo FEI 306	46,83 PUNTOS

Es todo cuanto podemos informar.



Mauricio Trincado Miranda
Miembro de la Comisión


Claudio Valladares
Miembro de la Comisión




ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017



Marcelo Quijada Pino
Miembro de la Comisión



Alberto Sepúlveda Neira
Encargado Técnico

Santiago 26 de noviembre de 2018



REGISTRO DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE MATERIAL MENOR

RG-18-PC-12
 Versión: 00
 Fecha: 12/02/2018

BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2018 PARA CONTRATO MARCO DE TABLA ESPINAL LARGA PARA BOMBEROS

TABLA DE PUNTAJE

Tabla espinal larga

EXIGENCIAS LICITACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE
Carga Capacidad de carga del equipo por sobre lo mínimo exigido, medido con la tabla en posición horizontal, certificado por el fabricante.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	10
Certificaciones Cuenta el equipo con certificaciones internacionales e independientes al fabricante que acrediten su calidad, resistencia y seguridad (certificados de acuerdo al punto 5.3 de estas bases técnicas).	SI CUMPLE	10
Largo Largo del equipo medido en centímetros, medición realizada en dependencias del departamento técnico, medidos del punto más alto al más bajo con la tabla en posición horizontal y sin carga.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	10
Ancho Ancho del equipo en su parte más ancha, medición realizada en dependencias del departamento técnico, con la tabla en posición horizontal y sin carga.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
Correas Cantidad de correas o cintas de sujeción con las que cuanta el equipo.	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	5
Inclusiones reflectantes o fotoluminiscentes El equipo incorpora bandas o inclusiones reflectantes o fotoluminiscentes de fábrica.	SI CUMPLE	5
Peso Peso del equipo con sus correas o cintas de sujeción.	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	5
TOTAL		50

PESCO S.A.		ESTEBAN TEJO CAVALIERI E.I.R.L.
MEDSOURCE MS-93000	FASCARE FEI306	PUNTAJE
PUNTAJE		
10		7,35
10		10
9,95		10
5		5
5		4,55
5		5
5		4,93
49,95		46,83