



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### LICITACION PUBLICA N° 09/2020 CONTRATO MARCO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO PARA BOMBEROS

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES:

##### 1.1 ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a. Bases Administrativas y Bases Técnicas para Licitación N° 09/2020 Contrato marco de desfibrilador automático externo para Bomberos.
- b. Se incorpora a esta revisión el foro de preguntas y respuestas para esta licitación, con las respuestas y aclaraciones emanadas por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”.

##### 1.2 CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión técnica de material menor estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Mauricio Trincado Miranda, Voluntario Cuerpo de Bomberos Maipú.
- Claudio Valladares Herrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos Santiago.
- Ricardo Venegas Millar, Voluntario Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.

También participó de la comisión técnica el señor Alberto Sepúlveda Neira, encargado técnico de material menor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como secretario de esta comisión técnica, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 08 de enero de 2021 a las 18:00 horas en la sede institucional, para tomar conocimiento del informe de revisión administrativa de antecedentes presentados en la licitación y revisar los parámetros de evaluación, además, verificar el ajuste a las bases técnicas de las ofertas técnicas presentadas y aceptadas para esta etapa, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

#### 2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LICITACION 09/2020.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma

- a. Se toma conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de la Licitación N° 09/2020 contrato marco de desfibrilador automático externo para Bomberos de fecha 10 noviembre de 2020, donde se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas: **LUIGI LOTITO y CÍA. LTDA., BLUEMEDICAL, COMERCIALIZADORA RMH SpA, FEREXPO SpA, FIREGROUND SpA y ARQUIMED LTDA.**



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

- b. Se toma conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 09/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020 en el que se informa que las empresas **LUIGI LOTITO y CÍA. LTDA.**, **COMERCIALIZADORA RMH SpA**, **FEREXPO SpA**, **FIREGROUND SpA** y **ARQUIMED LTDA.** cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter a proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
- c. La empresa **BLUEMEDICAL**, no cumple con el requisito solicitado en las bases administrativas, cláusula octava, numeral cuatro, contenidos de los sobres no se ajusta a los solicitado en este proceso.
- d. Determinación que las propuestas ofertadas se ajustan a las bases de esta licitación.

### 3. AJUSTE DE LA OFERTA A LAS BASES TÉCNICAS.

#### **LUIGI LOTITO y CÍA. LTDA.**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca ZOLL
- Modelo AED 3 (parches desechables)

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado no cumple con lo solicitado en las bases técnicas en el punto 4.3, no acredita contar con stock permanente de repuestos. No indica la garantía y las mantenciones a que debe ser sometido el bien solicitado, bases técnicas punto 4.5. No acredita la realización de visitas al servicio técnico sin aviso previo, según lo indicado en las bases técnicas punto 4.4. No señala en su oferta la manera de cumplir con lo solicitado en el punto 3.2 Construcción, párrafo 9 de las bases técnicas. por lo tanto NO es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

#### **LUIGI LOTITO y CÍA. LTDA.**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca ZOLL
- Modelo AED 3 (parches reutilizables)

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado no cumple con lo solicitado en las bases técnicas en el punto 4.3, no acredita contar con stock permanente de repuestos. No indica la garantía y las mantenciones a que debe ser sometido el bien solicitado, bases técnicas punto 4.5, no acredita la realización de visitas al servicio técnico sin aviso previo, según lo indicado en las bases técnicas punto 4.4. No señala en su oferta la manera de cumplir con lo solicitado en el punto 3.2 Construcción, párrafo 9 de las bases técnicas, por lo tanto, NO es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

### **COMERCIALIZADORA RMH SpA**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca ZOLL
- Modelo AED PLUS (parches reutilizables)

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, aplica para la asignación de puntaje técnico.

### **COMERCIALIZADORA RMH SpA**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca ZOLL
- Modelo AED 3 (parches reutilizables)

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, aplica para la asignación de puntaje técnico.

### **COMERCIALIZADORA RMH SpA**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca CARDIAID
- Modelo CT0207RF

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, sin embargo, al ser evaluado en la prueba de caída el equipo no funcionó y quedo en modo de reinicio permanente, por lo tanto, NO aplica para la asignación de puntaje.

### **FEREXPO SpA.**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca POWERHEART
- Modelo G5A-03A

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, aplica para la asignación de puntaje técnico.

### **FIREGROUND SpA.**

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca ZOLL



## ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

- Modelo AED 3
- Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas, por lo tanto, aplica para la asignación de puntaje técnico.

### ARQUIMED LIMITADA

Se presenta con el siguiente producto:

Desfibrilador automático externo

- Marca MINDRAY PMLS
- Modelo BENEHEART C1A

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado no cumple con lo solicitado en las bases técnicas en el punto 3.2 párrafo 5, no informa como cumple con los ciclos solicitados, sólo expresa capacidad en gigas. No señala en su oferta la manera de cumplir con lo solicitado en el punto 3.2 párrafo 9 de las bases técnicas. No indica el tiempo de recuperación entre descargas, según lo solicitado en las bases técnicas en el punto 3.2 párrafo 10. No acompaña listado valorizado de repuesto, según lo solicitado en el punto 4.8 de las bases técnicas. contar con stock permanente de repuestos. No acompaña declaración de lo solicitado en el punto 4.7 de las bases técnicas, por lo tanto, NO es seleccionado para la asignación de puntaje técnico.

### 4. REVISIÓN FINAL

Revisados y chequeados todos los antecedentes técnicos y sus respectivos puntajes, la Comisión Técnica de material menor, certifica que las ofertas están de acuerdo a lo definido en las bases técnicas y administrativas aprobadas para este proceso de licitación.

### 5. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

TABLA DE PUNTAJE TÉCNICO	
RMH • Marca ZOLL • Modelo AED PLUS (parches reutilizables)	47.04 puntos
RMH • Marca ZOLL • Modelo AED 3 (parches reutilizables)	36.03 puntos
FEREXPO • Marca POWERHEART • Modelo G5A-03A	30 puntos
FIREGROUND • Marca ZOLL • Modelo AED 3	36.03 puntos



ACTA DE COMISIÓN TÉCNICA

RG-12-PC-13  
Versión: 00  
Fecha: 01/03/2017

Es todo cuanto podemos informar.

**Mauricio Trincado Miranda**  
Miembro de la Comisión

**Claudio Valladares Herrera**  
Miembro de la Comisión

**Ricardo Venegas Millar**  
Miembro de la Comisión

**Alberto Sepúlveda Neira**  
Encargado Técnico

Santiago 11 de enero de 2021.

BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA N° 09/2020 PARA CONTRATO  
MARCO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO DAE PARA BOMBEROS

TABLA DE PUNTAJE

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO DAE PARA BOMBEROS				RMH OFERTA 1 Zoll AED Plus	RMH OFERTA 2 Zoll AED 3	Ferepxo Cardiac Science	Fireground Zoll AED 3			
EXIGENCIAS LICITACION	CONDICION	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE	DATO	PUNTAJE		
Parches adicionales	El equipo cuenta con parches de recambio, mínimo 5 universales (reemplazo de adultos y pediátricos)	SI CUMPLE	Cumple	10	No cumple	0	No cumple	0	Cumple	10
Parches Reutilizables	El equipo cuenta con parches reutilizables, debe indicar claramente la cantidad de veces que se puede reutilizar (más cantidad de veces que se reutiliza, mayor puntaje)	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	100 usos	5	100 usos	5	No cumple	0	No cumple	0
Calidad del RCP	El equipo cuenta con acelerómetro en los parches que mida la fuerza de la compresión torácica.	SI CUMPLE	Cumple	5	Cumple	5	No cumple	0	No cumple	0
Ensayo	Ensayo de caída, el equipo se dejara caer de una altura de 1 metro a una superficie de concreto, si no sufre daños que impidan su normal funcionamiento se adjudica el puntaje señalado.	SI CUMPLE	Cumple	5	Cumple	5	Cumple	5	Cumple	5
Logo Institucional	Grabado laser, bajo relieve o serigrafía = 5 puntos	SI CUMPLE	Cumple	5	Cumple	5	Cumple	5	Cumple	5
Descargas	Cantidad de descargas garantizadas por el fabricante con batería a máxima capacidad certificado por el fabricante, (punto 5,3 de estas bases técnicas).	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	225 descargas	2,67	140 descargas	1,66	420 descargas	5	140 descargas	1,66
Temperatura máxima	Temperatura ambiental máxima a la que el equipo puede funcionar sin problemas (temperatura más alta = más puntaje)	DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	50° C	5	50° C	5	50° C	5	50° C	5
Temperatura mínima	Temperatura ambiental mínima a la que el equipo puede funcionar sin problemas (temperatura más baja = más puntaje)	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	0° C	5	0° C	5	0° C	5	0° C	5
Garantía	El oferente da una garantía de 3 años o mas	SI CUMPLE	7 años	4,37	7 años	4,37	8 años	5	7 años	4,37
<b>TOTAL</b>				<b>50</b>	<b>47,04</b>	<b>36,03</b>	<b>30</b>	<b>36,03</b>		

Ricardo Venanzo N.

*[Handwritten signature]*

Alberto Sepúlveda

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*